

Załącznik nr 1 do ZO – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 – APARAT DO EKSTRAKCJI SOXHLETA		Liczba sztuk	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1. Aparat do ekstrakcji Soxhleeta				
Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego		1		
Model, typ oferowanego urządzenia:				
Parametry oferowanego urządzenia: (potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych)				
1	Aparat do ekstrakcji 4 stanowiskowy metoda SOXHLETA , 4 sposoby prowadzenia ekstrakcji w tym ekstrakcja SOXHLETA (cykliczne wyflukiwanie zimnym rozpuszczalnikiem), ciepła, gorąca oraz ciągła - 1 szt.			
2	Uniwersalne szklane naczynka ekstrakcyjne na próbkę - 1 kompl.			
3	Naczynka ekstrakcyjne na rozpuszczalnik z wyekstrahowanym związkem (4szt.) - 1 komp. 3 kroki prowadzenia procesu: - EKSTRAKCJA – programowanie czasu jej trwania lub ilości cyklicznych przelewów do jej zakończenia, - PŁUKANIE – programowanie czasu płukania - SUSZENIE – programowanie czasu i intensywności suszenia – możliwość podziału tego etapu na podetapy – stopniowanie suszenia końcowego. Możliwość wprowadzenia gazu obojętnego w trakcie procesu, np. azotu z butli – w celu ochrony przed utlenianiem ekstrahowanego materiału,			
4	4 szt. uchwytów na gilzy papierowe 1 szt. zbiornik (butla) na rozpuszczalnik 1 szt. uchwyt na 4 szt. naczyń ekstrakcyjnych - regulowany poziom zalewania próbki rozpuszczalnikiem. - fotooptyczny czujnik i elektroniczna kontrola wysokości poziomu zalania próbki rozpuszczalnikiem w każdym cyklu w czasie trwania 1 kroku procesu ekstrakcji. - próbka przeznaczona do ekstrakcji może być umieszczona w uniwersalnym naczynku ze spiekem SCHOTTA lub w celulozowej gilzie			
5	Możliwość regulacji temperatury w trakcie prowadzonego procesu hydrolizy.			
6	Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą w komorze urządzenia			
7	Zawór do podłączenia wody kranowej			

8	Uruchomienie i przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia.			
9	Instrukcja obsługi w języku polskim i w oryginale			
CZĘŚĆ 2 – WAGA MEDYCZNA GABINETOWA PODŁOGOWA				
1. Waga medyczna gabinetowa podłogowa			Liczba sztuk	Cena jedn. brutto
Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego		Model, typ oferowanego urządzenia:	4	
		Parametry oferowanego urządzenia: (potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych)		
1	Waga przeznaczona jest do ważenia pacjentów w placówkach służby zdrowia oraz gabinetach lekarskich. Za pomocą wzrostomierza można zmierzyć wzrost pacjenta (do 2 m).			
2	Waga medyczna posiada możliwość wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index) przeznaczonego dla osób dorosłych o wzroście powyżej 1 metra. Wskaźnik BMI jest wyznaczany po wpisaniu do wagi wartości wzrostu odczytanej ze wzrostomierza.			
3	Waga wyposażona jest w miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD.			
4	Obciążenie maksymalne [Max] 100/200 kg			
5	Dokładność odczytu [d] 50/100 g			
6	Zakres tary -200 kg			
7	Wyświetlacz LCD (z podświetleniem)			
8	Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator			
9	Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym 35 godzin (średni czas)			
10	Temperatura pracy 0 - +40 °C			
11	Wilgotność względna powietrza 10÷85% RH bez kondensacji			
12	Interfejs RS 232			

.....

podpis wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy