



RZP-2003- 190 /12

Poznań, dnia 31.05.2012r.

Odpowiadając prosimy powołać się na
nasz numer pisma
POLECONY ZA DOWODEM DORĘCZENIA

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 30.05.2012r. do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę bieżni medycznej** (postępowanie nr RZP-2003-25/12/ZP):

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga w zał.4 do SIWZ punkcie 3" Parametry techniczne Bieżnia medyczna" aby wymiary ruchomego pasa długość x szerokość wynosiły min. 190x70cm.

Czy Zamawiający dopuści bieżnię o wymiarach pasa 190x65 cm, ale innych parametrach przewyższających wymagania specyfikacji.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza bieżni o wymiarach pasa 190x65 cm, parametry podane w załączniku nr 4 do SIWZ są parametrami minimalnymi.

Z poważaniem

Sporządził:
Karolina Jendryca

Otrzymują:
- adresat
- a/a