



RZP-2003-191 /12

Poznań, dnia 31.05.2012r.

Odpowiadając prosimy powołać się na
nasz numer pisma
POLECONY ZA DOWODEM DORĘCZENIA

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 31.05.2012r. do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę bieżni medycznej** (postępowanie nr RZP-2003-25/12/ZP):

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z łagodnym startem już od 0,1 km/h ?

Odpowiedź 1:

Tak, dopuszczalny jest start od 0,1 km/h.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające zasilanie 230V?

Odpowiedź 2:

Tak, dopuszczone jest zasilanie 230 V.

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuszcza tylko pas złożony z niezależnie łożyskowanych poprzecznych elementów o grubości nie mniejszej niż 0,9 cm napędzanych przez przekładnię eliminującą zjawisko poślizgu, dzięki czemu trening staje się bezpieczny dla użytkownika i nieobciążający tkanek miękkich ?

Odpowiedź 3:

Musi być nierozciągliwy ruchomy pas składający się z niezależnie łożyskowanych poprzecznych elementów napędzanych przez przekładnię eliminującą zjawisko poślizgu.

Z poważaniem

Sporządził:
Karolina Jendryca

Otrzymują:
- adresat
- a/a