



RZP-2003- 43/12

Poznań, dnia 14.02.2012r.

Odpowiadając prosimy powołać się na  
nasz numer pisma  
POLECONY ZA DOWODEM DORĘCZENIA

### **Wszyscy Wykonawcy**

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 13.02.2012r. do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **biomedyczny zestaw do pomiaru podstawowych charakterystyk ruchu** (postępowanie nr RZP-2003-07/12/ZP):

**Pytanie 1.** Czy zamawiający dopuści aby urządzenie do pomiaru składu i masy ciała podawało BMI bez podania jednostek kg ponieważ BMI nie podaje się w kg tylko z dokładnością co 0,1?

#### **Odpowiedź 1:**

Tak

**Pytanie 2.** Czy zamawiający dopuści aby urządzenie do pomiaru składu i masy ciała podawało wiek metaboliczny w przedziale 18-90 lat?

#### **Odpowiedź 2:**

Tak

**Pytanie 3.** Czy zamawiający dopuści aby komputer przenośny o wielkości matrycy 15.60cali o podświetleniu LED z procesorem o taktowaniu minimum 2.1 GHz i pamięci cache min. 3 MB posiadał dysk twardy 500 GB Serial ATA 5400 RPM?

#### **Odpowiedź 3:**

Tak

Z poważaniem

Sporządził:  
Barbara Głowacka

Otrzymują:  
- adresat  
- a/a