

RZP-2003- 7 /14

Odpowiadając prosimy powołać się na  
nasz numer pisma

POLECONY ZA DOWODEM DORĘCZENIA

Poznań, dnia 07.02.2014r.

### **Wszyscy Wykonawcy**

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 07.02.2014r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bieżni medycznej ruchomej do badań i treningu sportowców wyczynowych RZP-2003-01/14/ZP.

### **Pytanie 1**

Pytanie 1 dot. Bieżnia

Czy Zamawiający dopuści do postępowania bieżnię o poniższych parametrach:

Bieżnia z certyfikatem medycznym o prędkości regulowanej w zakresie od 0,2 do 25 km / h, maksymalnym kątem nachylenia pasa w zakresie -5% do 15%, wymiary (dł. x szer. x wys.) 210 cm x 82,5 x 140 cm, waga 220 kg, max. obciążenie 200 kg. Komputer z wyświetlaczem (puls, obciążenie, czas, dystans, spalone kalorie), programy treningowe kardio, profilowane i wprowadzane ręcznie.

**Komputer treningowy:**

- Moc w watach
- Czas
- Dystans
- Prędkość
- Kalorie i tętno (pas piersiowy w zestawie)
- 7 programów
- nachylenie jest regulowane w zakresie : -5 – 15 %

**Udogodnienia:**

- Zatrzymanie awaryjne i funkcja zatrzymania awaryjnego z linią bezpieczeństwa
- Poręcz bezpieczeństwa
- Zasilanie 230 V
- Urządzenie jest zgodne z normą DIN EN urządzenia 957 SA i normy DIN EN 60335-1
- Waga produktu: 200 kg
- Maksymalna waga użytkownika: 200 kg
- Wymiary: (DxSxW) 215x79x140 cm

### **Odpowiedź 1**

Nie

Z poważaniem