

**OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE
ART. 4 PKT 8a/8b* USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.**

I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego , ul. Królowej Jadwigi 27/39,
61-871 Poznań

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa medycznej bieżni ruchomej do badań i treningu sportowców wyczynowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa bieżni medycznej ruchomej do badań i treningu sportowców wyczynowych. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.**
- 2) Wykonawca udzieli na oferowany przedmiot zamówienia:
 - a) Gwarancji na naprawy - 24 miesiące;
 - b) Gwarancji na części - 3 lata;
 - c) Gwarancji na ramię silnik bieżni - 20 lat;
 - d) Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii/usterki – maks. 48 godz. Wykonawca zagwarantuje okres serwisu pogwarancyjnego na części i naprawy - 10 lat oraz nieodpłatne przekazywanie wszystkich nowych wersji oprogramowania, możliwych do instalacji w zakupionej bieżni.

II.1.4) Miejsce realizacji:

Akademia Wychowania Fizycznego - Zakład Lekkiej Atletyki.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

30 dni od daty złożenia zamówienia u wykonawcy lub podpisania umowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: podstawa prawna art. 4 pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Spełnienie wymagań technicznych zgodnie z opisem zamówienia (załącznik 1) oraz zastosowanie bieżni w badaniach naukowych udokumentowane w publikacjach zawartych w bazie Journal Citation Reports®: 90%

Cena: 10%

IV.4.4) Miejsce i termin składania ofert:

26.05.2014 godzina 12:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Budynek Rektoratu, pok. 115

IV.4.5) INNE:

1. Zamawiający informuje, że konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy Pzp. W związku z powyższym Zamawiający może w każdej chwili od konkursu odstąpić bez podania przyczyny.
2. Zamawiający informuje, że konkurs realizowany jest na podstawie umowy Grantowej 0004/RS2/2013/52* z dnia 02-12-2013r. podpisanej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Załącznik 1

Parametry techniczne medycznej bieżni ruchomej do badań i treningu sportowców wyczynowych

Oferuję bieżnię:
(nazwa producenta, model)

WYMAGANE ELEMENTY SKŁADOWE		Tak* lub parametry oferowanego sprzętu
1	<ul style="list-style-type: none">a) Bieżnia ruchoma napędzana elektrycznie z układem podnoszeniab) Poręcz wzdłuż ścieżki ruchomejc) Wysięgnik z systemem zabezpieczającym badanegod) System ekspanderów treningowyche) Zintegrowany panel sterowania z możliwością współpracy z komputeremf) Oprogramowanie pozwalające na planowanie wysiłków treningowych i pośredniego wyznaczania parametrów wysiłkowychg) Bieżnia musi być wyrobem medycznym oraz posiadać dokument rejestracyjny w Polsce z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w tym certyfikat CE na zgodność wyrobu z dyrektywą „93/42/EEC wyroby medyczne”h) Bieżnia musi mieć możliwość sterowania nią za pomocą ergospirometru firmy Cortex, model MetaMax 3B-R2 "B-by-B", przenośny, głowica Triple V.i) Standard bieżni, oprzyrządowanie i oprogramowanie musi zapewniać możliwość jej użycia w precyzyjnych badaniach naukowych.j) Dwa odrębne interfejsy do sterowania bieżnią.	
WYMAGANIA TECHNICZNE (parametry i funkcje)		
2	Ścieżka ruchoma o szerokości nie mniejszej niż 65cm i długości nie mniejszej niż 190 cm	
3	Maksymalna prędkość przesuwu taśmy nie mniejsza niż 40 km/h	
4	Rewersyjny kierunek przesuwu ścieżki ruchomej	
5	Kąt podnoszenia nie mniejszy niż w zakresie od -25 do +25%	
6	Rozdzielczość pomiaru prędkości: $\leq 0,1$ km/h Dokładność pomiaru prędkości: $< 1\%$	
7	Rozdzielczość pomiaru kąta nachylenia: $\leq 0,5\%$ Dokładność pomiaru kąta nachylenia: $< 0,3\%$	
8	Odległość położenie ścieżki ruchomej w stosunku do podłoża < 24 cm	

9	Wyłączniki bezpieczeństwa na panelu sterującym oraz poręczy	
10	Wbudowany system do bezprzewodowego pomiaru tętna	
11	Zasilanie 230-240V 50/60 Hz/1-15A, jednofazowe	
12	Moc silnika nie mniejsza niż 3 kW	
13	Panel sterowania zintegrowany z konstrukcją bieżni, z obsługującym oprogramowaniem i bezprzewodowym pomiarem HR. Wyświetlane na panelu sterującym co najmniej: prędkość, czas biegu (zużycie energii i/lub moc w watach), droga, nachylenie i częstość akcji serca. Łatwa, intuicyjna obsługa panelu sterowania.	
14	Zainstalowane profesjonalne programy wysiłkowe (treningowe), w tym możliwość przygotowania i zapisu własnych projektów/profilu programów wysiłkowych	
15	Dopuszczalne obciążenie bieżni nie mniejsze niż 200 kg	
16	Wysięgnik z zabezpieczeniem dla badanego (linka, wygodna kamizelka) o udźwigu 200 kg.	
17	Maksymalna wysokość ww. wysięgnika od podłoża przy najwyższym wychyleniu bieżni (+25% lub -25% nie może przekraczać 400 cm od podłoża.	
18	System ekspanderów z przodu i z tyłu bieżni, spełniający wymogi dyrektywy „93/42/EEC wyroby medyczne”. Wymagana możliwość regulacji siły oporu ekspanderów (w kg lub N).	
19	Profesjonalne oprogramowanie do wyznaczania wartości zużycia tlenu metodą pośrednią, z analizy zmian wartości tętna i innych danych.	
20	Instrukcja obsługi w języku polskim	
X. Dostawa sprzętu i szkolenie		
21	<p>a) Szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji technicznej w języku polskim, teoretyczne i praktyczne w miejscu instalacji - dla liczby osób wskazanej przez zamawiającego.</p> <p>b) Zakres szkolenia musi obejmować zagadnienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obsługi i konserwacji sprzętu i oprogramowania • Pokaz praktyczny działania oferowanego sprzętu z udziałem badanego/zawodnika/pacjenta 	
XI. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego		

21	<ul style="list-style-type: none">a) Gwarancja na naprawy – 24 miesiąceb) Gwarancja na części – 3 latac) Gwarancja na ramę i silnik bieżni – 20 latd) Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii/usterki – maks. 48 godz.e) Min. gwarantowany okres serwisu pogwarancyjnego na części i naprawy - 10 latf) Nieodpłatne przekazywanie wszystkich nowych wersji oprogramowania, możliwych do instalacji w zakupionej bieżni.	
----	--	--

UMOWA

w dniu roku w Poznaniu, pomiędzy:
Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39,
61-871 Poznań, Numer NIP 777-00-03-185, REGON 000327853, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną

przez:

1. prof. dr. hab. med. Jerzy Smorawiński - Rektor
przy kontrasygnacie Kwestora- mgr Elżbieta Rybińska

a

firmą , zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:

1.

w wyniku przeprowadzonego konkursu ogłoszonego na podstawie art.4 pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa, instalacja, uruchomienie bieżni medycznej ruchomej do badań i treningu sportowców wyczynowych.**
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z następującą dokumentacją w języku polskim: instrukcją obsługi sprzętu, kartą gwarancyjną, płytą instalacyjną.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy – i stanowiących jej integralną część.

§ 2

1. Termin dostawy przedmiotu umowy ustala się do **30 dni** od zawarcia niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy dostarczony zostanie do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań, Zakład Lekkiej Atletyki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 na koszt i ryzyko wykonawcy.
3. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie lub faksem, z wyprzedzeniem co najmniej 1-dniowym.
4. Po dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca dokona jego instalacji, uruchomienia i sprawdzenia poprawności funkcjonowania w obecności powiadomionych przedstawicieli Zamawiającego.
5. Wykonanie umowy zostanie stwierdzone w formie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
6. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy ma wady lub jest niezgodny z umową Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu umowy zgodnego z umową lub wolnego od wad.
7. Odpowiedzialność za sprzęt przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru sprzętu.

§ 3

1. Okres trwania gwarancji na dostarczony przedmiot umowy wynosi:
 - a) Gwarancja na naprawy – 24 miesiące
 - b) Gwarancja na części – 3 lata
 - c) Gwarancja na ramę i silnik bieżni – 20 lat
 - d) Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii/usterki – do 48 godz.
 - e) Min. gwarantowany okres serwisu pogwarancyjnego na części i naprawy - 10 lat
Nieodpłatne przekazywanie wszystkich nowych wersji oprogramowania, możliwych do instalacji w zakupionej bieżni.zgodnie z protokołem odbioru.
2. Karta gwarancyjna zostanie przekazana w dniu odbioru przedmiotu umowy zgodnie z §1 ust. 2
3. Naprawy gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Zamawiającego.
4. Czas usunięcia wady lub usterki ustala się na 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia pisemnie lub faksem.

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 4, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 4

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy w kwocie PLN netto (słownie:); podatek VAT PLN (słownie:) **razem brutto** PLN (słownie:).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania umowy, w tym koszty transportu i montażu przedmiotu umowy oraz szkolenie z zakresie obsługi i konserwacji technicznej w miejscu instalacji.
3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 21 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury – na rachunek wskazany w fakturze.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru, o którym mowa w §2 ust. 5.
5. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.

§ 5

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji zgodnie z §3 ust. 4 w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 3) z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy.
3. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
- 2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
- 3) w sytuacjach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 7

Ewentualne spory powstałe na tle przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 9

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

Wykonawca: